

Włocławek, styczeń 2018

Deklaracja zgodności

Deklarujemy, że wyrób :

MANOMETR TYP: M160R; HPA
Średnica tarczy: 160 mm,
Klasa dokładności 1,6
Zakresy wskazań: 0-0,1...60MPa
Króciec: radialny mosiężny M20x1,5

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującą normą:

Polska Norma PN-EN 837-1
Ciśnieniomierze z rurką Bourdona
Wymagania i badania

Biuro Handlowo-Usługowe "FART"
Krzysztof Siemiński
Szpetal Górny, 87-801 Włocławek
ul. Dobrzyńska 57
tel. 054 237 03 84, 054 237 00 22
fax 054 237 04 12
NIP 888-020-73-05



Robert Siemiński
NIP 888-020-73-05