

Włocławek 4 września 2019

Deklaracja zgodności

Niniejszym deklarujemy, że wyrób :

**MANOMETR TYP: M50R; glic.; 0-1,0MPa/bar; M12x1,5;
399FC**

Średnica tarczy 50 mm,

Budowa: oprawa stal kwasoodporna, glicerynowy

Klasa dokładności 1,6

Zakres wskazań: 0-1,0MPa / 0-10bar

Króciec radialny mosiężny M12x1,5

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującymi normami:

Polska Norma PN-EN-837-1

„Ciśnieniomierze. Ciśnieniomierze z rurką Bourdona. Wymagania i badania”

fart
manometr.pl
B.H.U. FART KRZYSZTOF SIEMIŃSKI
SZPETAL GÓRNY, UL. DOBRZYŃSKA 57
87-801 WŁOCŁAWEK
NIP: 888-020-73-05
TEL. +48 54 237 00 22, 54 237 03 84
E-MAIL: FART@MANOMETR.PL
WWW.MANOMETR.PL


Robert Siemiński
Krzysztof Siemiński