

Włocławek 12 lutego 2018

## Deklaracja zgodności

Deklarujemy, że wyrób :

**MANOMETR GLICERYNOWY M63T; glicerynowy**

Oprawa: stal kwasoodporna

Średnica tarczy: 63 mm,

Klasa dokładności 2,5

Zakres wskazań: -1 – 0 ... 600bar

Króciec tylny mosiężny M12x1,5 lub G1/4"

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującą normą:

Polska Norma PN-EN 837-1  
**Ciśnieniomierze z rurką Bourdona**  
Wymagania i badania

W wyniku sprawdzenia stwierdzono, że wyrób spełnia wymagania ustalone w normie.

Biuro Handlowo-Usługowe "FART"  
Krzysztof Siemiński  
Szpetal Górny, 87-801 Włocławek  
ul. Dobrzyńska 57  
tel. 054 237 03 84. 054 237 00 22  
fax 054 237 04 12  
NIP 888-020-73-05

  
**Robert Siemiński**  
Krzysztof Siemiński 1151078