

Włocławek dnia 10-06-2019

Deklaracja zgodności

Deklarujemy, że wyrób :

Termo-Manometr typu WP80T o parametrach:

- Średnica tarczy 80 mm,
- kl. dokładności 2,5
- Zakresy wskazań ciśnienia: 0 – 0,25...1,6 MPa
- Zakresy wskazań temperatury: 0 – 120°C ; 0 – 150°C
- Króciec radialny mosiężny
- Wyposażony w zawór samozamykający G1/2

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującą normą:

ZN-87/KFM-012/360

„Wskaźniki podwójne do pomiaru ciśnienia i temperatury”

fart
manometr.pl
B.H.U. FART KRZYSZTOF SIEMIŃSKI
SZPETAL GÓRNY, UL. DOBRZYŃSKA 57
87-801 WŁOCŁAWEK
NIP: 888-020-73-05
TEL. +48 54 237 00 22, 54 237 03 84
E-MAIL: FART@MANOMETR.PL
WWW.MANOMETR.PL


Robert Siemiński
Krzysztof Siemiński