

Włocławek, 29 stycznia 2018

Deklaracja zgodności

Deklarujemy, że wyrób:

Termometr bimetaliczny **TB100R logo HPA** o parametrach:

- Zakres: 0-100°C; 0-120°C; 0-150°C; 0-200°C
- Klasa dokładności: 2
- Głębokość zanurzenia: R=50 mm; R=80 mm; R=100 mm
- Stopień ochrony obudowy IP50
- **Gwint procesowy złącza: G1/2"**

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującą normą:

Polska Norma PN – EN 13190:2004

Termometry wskazówkowe

W wyniku sprawdzenia stwierdzono, że wyrób spełnia wymagania ustalone w normie.

Biuro Handlowo-Usługowe "FART"
Krzysztof Siemiński
Szpetal Górny, 87-801 Włocławek
ul. Dobrzyńska 57
tel. 054 237 03 84, 054 237 00 22
fax 054 237 04 12
NIP 888-020-73-05


Robert Siemiński