

Włocławek, 5 lipca 2021

Deklaracja zgodności

Deklarujemy, że wyrób :

MANOMETR TYP: M100R, MBE-HPA

Oprawa: czarna stalowa;

Średnica tarczy: 100 mm,

Klasa dokładności 1,6

Zakresy wskazań: 0-0,1...60MPa

Króciec: radialny mosiężny M20x1,5

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującą normą:

Polska Norma PN-EN 837-1
Ciśnieniomierze z rurką Bourdona
Wymagania i badania

W wyniku sprawdzenia stwierdzono, że wyrób spełnia wymagania ustalone w normie.

Biuro Handlowo-Usługowe "FART"
Krzysztof Siemiński
Szpetal Górny, 87-801 Włocławek
ul. Dobrzyńska 57
tel. 054 237 03 84, 054 237 00 22
fax 054 237 04 12
NIP 888-020-73-05



Robert Siemiński
Krzysztof Siemiński