

Włocławek, 5 lipca 2021

## Deklaracja zgodności

Deklarujemy, że wyrób :

**MANOMETR GLICERYNOWY M63R; gl, logo HPA**

Oprawa: stal kwasoodporna

Średnica tarczy: 63 mm,

Klasa dokładności 2,5

Zakresy wskazań: 0-0,1...60 MPa

Króciec radialny mosiężny M12x1,5 lub G1/4"

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującą normą:

Polska Norma PN-EN 837-1  
**Ciśnieniomierze z rurką Bourdona**  
Wymagania i badania

W wyniku sprawdzenia stwierdzono, że wyrób spełnia wymagania ustalone w normie.

Biuro Handlowo-Usługowe "FART"  
*Krzysztof Siemiński*  
Szpetal Górny, 87-801 Włocławek  
ul. Dobrzyńska 57  
tel. 054 237 03 84, 054 237 00 22  
fax 054 237 04 12  
NIP 888-020-73-05



**Robert Siemiński**  
Krzysztof Siemiński